

2025年全国临床检验质量指标初步质量规范

备注：2025年全国临床检验质量指标初步质量规范的建立是基于2024年全国多省临床检验中心同步开展临床检验质量指标室间质评结果，其中最低质量规范基于第25百分位数（或第75百分位数），适当质量规范基于第50百分位数，最佳质量规范基于第75百分位数（或第25百分位数）

质量指标	初步质量规范											
	三级医院						二级医院					
	最低		适当		最佳		最低		适当		最佳	
	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ	率(%)	σ
血标本类型错误率	0.0122	5.2	0.0038	5.5	0.0008	5.8	0.0171	5.1	0.0024	5.6	0	6.0
体液标本类型错误率	0.0443	4.8	0.0110	5.2	0	6.0	0.0219	5.0	0	6.0	0	6.0
其他标本类型错误率	0.0442	4.8	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
标本类型错误率	0.0200	5.0	0.0076	5.3	0.0021	5.6	0.0215	5.0	0.0041	5.4	0	6.0
血标本容器错误率	0.0124	5.2	0.0052	5.4	0.0013	5.7	0.0126	5.2	0.0030	5.5	0	6.0
体液标本容器错误率	0.0276	5.0	0.0076	5.3	0	6.0	0.0217	5.0	0	6.0	0	6.0
其他标本容器错误率	0.0236	5.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
标本容器错误率	0.0155	5.1	0.0069	5.3	0.0021	5.6	0.0161	5.1	0.0041	5.4	0	6.0
血标本采集量错误率	0.0236	5.0	0.0109	5.2	0.0036	5.5	0.0266	5.0	0.0074	5.3	0	6.0
体液标本采集量错误率	0.0627	4.7	0.0140	5.1	0	6.0	0.0343	4.9	0	6.0	0	6.0
其他标本采集量错误率	0.0220	5.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
标本采集量错误率	0.0329	4.9	0.0146	5.1	0.0049	5.4	0.0316	4.9	0.0091	5.2	0	6.0
抗凝血标本凝集率	0.1172	4.5	0.0545	4.8	0.0169	5.1	0.0724	4.7	0.0249	5.0	0.0030	5.5
抗凝体液标本凝集率	0.3348	4.2	0	6.0	0	6.0	0.1912	4.4	0	6.0	0	6.0
抗凝其他标本凝集率	0.3396	4.2	0	6.0	0	6.0	1.3442	3.7	0	6.0	0	6.0
抗凝标本凝集率	0.1175	4.5	0.0552	4.8	0.0171	5.1	0.0733	4.7	0.0250	5.0	0.0027	5.5
标本溶血率	0.0272	5.0	0.0095	5.2	0.0026	5.5	0.0344	4.9	0.0087	5.3	0	6.0
标本溶血率'	0.0350	4.9	0.0118	5.2	0.0033	5.5	0.0432	4.8	0.0109	5.2	0	6.0
血标本丢失率	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
体液标本丢失率	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
其他标本丢失率	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
标本丢失率	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.0
检验报告不正确率	0.0225	5.0	0.0010	5.8	0	6.0	0.0126	5.2	0	6.0	0	6.0
危急值通报率	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
危急值通报及时率	99.7647	4.3	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0	100	6.0
血培养污染率	1.2269	3.7	0.5693	4.0	0.1372	4.5	0.8668	3.9	0.1645	4.4	0	6.0
室内质控项目开展率	58.6722	1.7	77.4714	2.3	91.4152	2.9	44.1591	1.4	61.5894	1.8	81.4815	2.4
室内质控项目CV不合格率	3.4409	3.3	0	6.0	0	6.0	6.0000	3.1	0	6.0	0	6.0
室间质评项目参加率	94.9686	3.1	100	6.0	100	6.0	82.7103	2.4	100	6.0	100	6.0
室间质评项目不合格率	1.7094	3.6	0.4717	4.1	0	6.0	3.3613	3.3	0.5587	4.0	0	6.0
检验项目替代评价方法使用率	3.6082	0	13.9405	0.4	37.0968	1.2	0	0	4.3307	0	21.4286	0.7
国家级室间质评项目参加率	94.0299	3.1	100	6.0	100	6.0	4.8780	0	88.3495	2.7	100	6.0
国家级室间质评项目不合格率	2.1552	3.5	0.7874	3.9	0	6.0	1.7544	3.6	0	6.0	0	6.0
省级室间质评项目参加率	95.9732	3.2	100	6.0	100	6.0	92.9577	3.0	100	6.0	100	6.0
省级室间质评项目不合格率	1.7964	3.6	0	6.0	0	6.0	3.8462	3.3	1.0989	3.8	0	6.0

质量指标	初步质量规范（周转时间（分钟））					
	三级医院			二级医院		
	最低	适当	最佳	最低	适当	最佳
急诊检验前周转时间中位数						
生化	32	22	15	30	15	10
自动化免疫	36	25	15	30	15	10
三大常规	30	18	10	21	15	10
凝血	31	22	14	26	15	10
常规（住院）检验前周转时间中位数						
生化	90	60	40	60	45	30
自动化免疫	91	60	40	60	45	30
三大常规	90	59	35	60	35	30
凝血	80	57	35	60	38	30
门诊检验前周转时间中位数						
生化	39	26	14	30	20	10
自动化免疫	43	28	14	30	20	10
三大常规	22	13	9	30	15	10
凝血	31	20	10	30	20	10
急诊实验室内周转时间中位数						
生化	60	45	33	60	45	30
自动化免疫	86	60	45	75	60	35
三大常规	23	16	12	30	20	13
凝血	45	35	28	40	30	27
常规（住院）实验室内周转时间中位数						
生化	120	92	70	120	100	60
自动化免疫	180	122	94	180	120	81
三大常规	50	32	24	60	30	26
凝血	87	60	46	70	60	40
门诊实验室内周转时间中位数						
生化	105	75	57	120	90	60
自动化免疫	146	107	75	150	117	60
三大常规	30	19	13	37	30	20
凝血	60	46	30	60	50	30
急诊总周转时间中位数						
生化	90	70	55	80	60	49
自动化免疫	120	89	63	101	70	55
三大常规	50	35	25	45	30	25
凝血	79	60	45	60	45	34
常规（住院）总周转时间中位数						
生化	212	166	122	189	146	109
自动化免疫	277	205	150	240	165	120
三大常规	143	100	65	120	70	50
凝血	171	120	90	120	90	60
门诊总周转时间中位数						
生化	136	105	81	150	120	75
自动化免疫	188	135	103	180	125	90
三大常规	50	32	23	60	40	30
凝血	90	69	53	90	60	47