

# 核酸阴性（液体）非定值质控品 说明书

【产品名称】核酸阴性（液体）非定值质控品

【包装规格】0.5ml/支；1.0ml/支；2.0ml/支

【预期用途】可用于 HBV DNA、HCV RNA、HIV-1 RNA 核酸检测试剂的阴性质控。

【使用方法】按待检样本对待，应遵照相应试剂的说明书进行操作。

【储存条件及有效期】-15℃以下保存，有效期2年。

【参考水平】

名称	HBV DNA	HCV RNA	HIV-1 RNA
结果	阴性	阴性	阴性

【注意事项】

1. 本质控品为非定值质控品。
2. 本质控品已经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，使用时遵循生物安全规则，并根据规定对废弃物进行处理。
3. 本质控品未开封可保存于-15℃以下。使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；为了确保样本稳定性及避免开盖后引起污染，请1次性使用，避免反复冻融和重新分装。
4. 如有絮状沉淀，可先将样品混匀后，3000rpm 离心 5min 取上清检测。
5. 本质控品仅用于体外诊断，使用时应遵照相对应试剂盒的说明书。

【生产企业】北京康彻思坦生物技术有限公司

地 址：北京市昌平区科学园路31号1号楼

邮 编：102206

电 话：010-80720035

传 真：010-80727906

邮 箱：beijingcs@beijingcs.com

网 址：www.beijingcs.com

【说明书版本及批准日期】03版：2021年01月07日

北京康彻思坦生物技术有限公司

质量管理专用章