

尿液质控品定值表

批号: 26030101

	罗氏 U 601	西门子(原拜耳) Clinitek- Advantus	爱科来(原京都)组		优利特组		Sysmex UC-3500	科迈 KU-500B
			AX 系列	AE 4020	URIT-500	US 系列		
定值所用 试纸条批号	78731300	403002	0EA3J20		24110011M1	24030072M1	AC4082	25030401
比重	1.010	1.020~ 1.025	1.010~ 1.015	1.010~ 1.015	1.020~1.025	1.020~1.025	1.010~1.015	1.025
PH	6	6.0	6.0	6.0	5.0~5.5	5.0~5.5	5.5~6.0	6.0
白细胞	2+~3+	2+	250~500 Leu/μl	250~500 Leu/μl	+2~+3	+3	1+~2+	2+~3+
亚硝酸盐	pos	Positive	2+	2+	+	+	+	+
蛋白	3+~4+	2+~3+	3+	3+	+2~+3	+3	2+~3+	2+~3+
葡萄糖	4+	1+~2+	3+	3+	+2~+3	+2~+3	3+	2+~3+
酮体	3+	2+~3+	3+	2+~3+	+2	+2	2+	2+~3+
尿胆原	4+	3.2umol/L	NORMAL	NORMAL	+1~+2	+1~+2	Normal	Normal
胆红素	1+~2+	2+~3+	3+	3+	+2~+3	+3	3+	2+
隐血	3+~4+	2+~3+	3+	2+~3+	+3	+2~+3	2+~3+	2+~3+
维生素 C					+1~+2	+1~+2		1+~2+

	高尔宝组		美侨组	艾康 Mission U500	华通 HT-2000A	迈特 N600	科宝组		中元汇吉 U 3600
	GEB800	GEB600					Urilyzer Auto	CombiScan 500	
定值所用 试纸条批号	20250116	20250116	20240605	202406052	20250109A	20240429	250109	250109	250404
比重	1.020	1.015~1.020	1.015~1.020	1.020	1.025	1.020~1.025	1.010~1.015	1.020	1.015
PH	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6	6	5.5~6.0
白细胞	2+	2+	2+	2+	2+~3+	2+~3+	++~+++	++~+++	2+~3+
亚硝酸盐	+	+	+	+	1+	Pos	Pos	+	2+
蛋白	2+	2+	2+	2+	2+~3+	2+~3+	+++	++~+++	3+
葡萄糖	1+~2+	+	2+~3+	2+	3+	2+~3+	+++	++	2+~3+
酮体	2+	2+	2+	2+	2+~3+	2+~3+	++	++	3+~4+
尿胆原	Normal	Normal	Normal	-	-	Normal	Normal	++	Normal
胆红素	3+	3+	2+~3+	2+	2+~3+	3+	++~+++	+++	2+
隐血	2+	2+	3+	2+	3+	2+~3+	++~+++	++~+++	3+
维生素 C	1+	1+	1+~2+	2+	1.4mmol/L	1.4~2.8mmol/L		+~++	1.4mmol/L

(反面续)

尿液质控品定值表

批号：26030101

	Iris iChem®VELOC ITY	科域 KU 系列	爱威 AVE-752	华晟 H 系列	迈瑞 组		迪瑞 FUS-2000	美康弘益 Hy 系列	龙鑫
					UA5800	UA5600			
定值所用 试纸条批号	7204699M	240701612B	241131	1124122001	202409145	2024101601	20250811	250409	0324121101
比重	1.005~ 1.010	1.010~ 1.015	1.015	1.020~ 1.025	1.010	1.005~ 1.010	1.020~ 1.025	1.010~ 1.015	1.015~1.020
PH	5.5~6.0	6.0	6.0~6.5	6.0	5.5~6.0	5.0~5.5	5.5~6.0	6.0	6.0
白细胞	++~+++	+++	2+	2+~3+	2+~3+	2+~3+	2+~3+	2+~3+	2+~3+
亚硝酸盐	++	阳性	1+	1+	+	+	Pos	+	阳性
蛋白	++	++	2+	2+~3+	2+~3+	3+	2+~3+	2+~3+	3+
葡萄糖	++~+++	++~+++	3+	2+~3+	2+	2+~3+	1+~2+	3+	1+~2+
酮体	++	++~+++	2+	2+	2+	2+	2+~3+	2+~3+	2+~3+
尿胆原	+++	Normal	1+~2+	-	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
胆红素	++~+++	++~+++	2+	3+	3+	2+	3+	3+	2+~3+
隐血	++	++~+++	3+	3+	2+~3+	3+	3+	2+~3+	3+
维生素 C		+~++	1+	1+~2+	2+	2+	1.4mmol/L	1+	1+~2+

本次各系列仪器尿液质控品的定值是在上海市临床检验中心内进行的。请各医院检验科按照实际情况设定靶值。定值表上所列数据仅供参考。在进行室内质控和室间评价时，建议按各类仪器分组统计。